

Wekelijks Temperatuur Rapport - Week 21



PHARMES

Klant:
Schema naam:
Gemaakt op:
Van:
Tot:

Naam	Min. Temp	Max. Temp	Alarmprofiel	Onderlimiet	Bovenlimiet	Alarmeringen
Datalogger						
Koelkast Apotheek _	6,1 °C	8,2 °C	Koelkast Apotheek	2,0 °C	8,0 °C	0

Goedgekeurd door


Naam:

Datum:

Tijd:

Handtekening:

Temperatuur overzicht: Koelkast Apotheek



Gegevens datalogger

Locatie	Min	Max	Gem	MKT
-	6,1 °C	8,2 °C	6,8 °C	6,8 °C

Alarm profiel samenvatting

Alarmprofiel	Vertraging	Ondergrens	Bovengrens	Buiten limiet	Processen
Koelkast Apotheek	30 (min)	2,0 °C	8,0 °C	0,1 %	0

Alarm processen

Geen alarmprocessen gevonden.